

# 计量标准考核证书

Certificate for Examination of Measurement Standard

[2020]量标青证城阳字第026号

根据《中华人民共和国计量法》，按照《计量标准考核规范》的要求，考核合格。特发此证。

This is to certify that the measurement standard conforms with the requirements of the "Rule for the Examination of Measurement Standard" according to the Law on Metrology of the People's Republic of China.

建标单位名称 青岛斯坦德计量研究院有限公司  
Possessor of the Measurement Standard

计量标准名称  $F_2$  等级公斤组砝码标准装置 代码 12113601  
Name of Measurement Standard Code

测量范围 1kg ~ 20kg  
Measuring range

不确定度或准确度等级  
或最大允许误差  $F_2$  等级  
Uncertainty/Accuracy Class/  
Maximum Permissible Error

保存地点 STD力学计量室  
Installed in

发证机关(印章)

The issuing authority

发证日期 2020年9月29日

Date issued 2024年9月28日

有效期至  
Date of expiry

0010554

计量标准器 Measurement Standard	计量器具名称 Measuring Instrument	型号 Model/Type	测量范围 Measuring Range	不确定度或准确度等级 或最大允许误差 Uncertainty/Accuracy Class/ Maximum Permissible Error	制造厂及 出厂编号 Manufacturer and Series Number
	砝码	20kg	20kg	F <sub>1</sub> 等级	蓬莱市水玲砝码 厂 533
	砝码	10kg	10kg	F <sub>1</sub> 等级	蓬莱市水玲砝码 厂 532
	砝码	(1 <sup>-</sup> 5) kg	(1 <sup>-</sup> 5) kg	F <sub>1</sub> 等级	蓬莱市水玲砝码 厂 534
主要 配套 设备 Main Auxiliary Equipment	温湿度表	JR900	(-10 <sup>-</sup> 50) °C (20 <sup>-</sup> 99) %RH	温度: $U=0.4^{\circ}\text{C}$ ( $k=2$ ) 湿 度: $U=3\%RH$ ( $k=2$ )	Anymetre001
	电子天平	MSE2203S- OCE-DE	2.2kg/1mg	① 级	Sartorius383025 08
	电子天平	GB12002	12kg/0.01g	② 级	SHINKO191371018
	电子天平	MSA36201S- OCE-DO	36.2kg/0.1g	② 级	Sartorius383025 07
开展的 检定 及 校准 项目 Verification and Calibration Items	名称 Name	测量范围 Measuring Range	不确定度或准确度等级 或最大允许误差 Uncertainty/Accuracy Class/ Maximum Permissible Error	依据的计量 检定规程或计量技术规范的编号 及名称 Verification Regulation or Technical Specification and Its Code	
	砝码	1kg~25kg	M <sub>1</sub> 等级及以下等级	JJG99-2006 《砝码检定规程》	