

计量标准考核证书

Certificate for Examination of Measurement Standard

[2021]量标青证城阳字第030号

根据《中华人民共和国计量法》，按照《计量标准考核规范》的要求，考核合格。特发此证。

This is to certify that the measurement standard conforms with the requirements of the "Rule for the Examination of Measurement Standard" according to the Law on Metrology of the People's Republic of China.

建标单位名称 青岛斯坦德计量研究院有限公司
Possessor of the Measurement Standard

计量标准名称 大气采样器检定装置 代码 46517112
Name of Measurement Standard Code

测量范围 (0.1~6.0)L/min
Measuring range

不确定度或准确度等级
或最大允许误差 智能高精度综合标准仪：MPE：±1.0%
Uncertainty/Accuracy Class/
Maximum Permissible Error

保存地点 STD理化计量室
Installed in

发证机关(印章)

The issuing authority

发证日期 2021年8月25日

Date issued

有效期至 2026年8月24日

Date of expiry

0010629

计量标准器 Measurement Standard	计量器具名称 Measuring Instrument	型号 Model/Type	测量范围 Measuring Range	不确定度或准确度等级 或最大允许误差 Uncertainty/Accuracy Class/ Maximum Permissible Error	制造厂及 出厂编号 Manufacturer and Series Number
		智能高精度综合标准仪	崂应8040型	(0.1~6.0)L/min	MPE: ±1.0%
主要配套设备 Main Auxiliary Equipment	数字绝缘电阻测试仪	KD2671A	1000V	$U_{rel}=2\%$ $k=2$	武汉市康达电气有限公司 67119041102A
	电子秒表	PS-61	(0~1)h	MPE: ±0.10s/h	深圳市追日电子科技有限公司 37503
	标准水银温度计	(0~50)℃	(0~50)℃	二等	北京玻璃研究所 2-206
	数字压力表	ConST211	(-100~100)kPa	0.02级	ConST211H202900 17
	空盒气压表	DYM3	(800~1060)hPa	$U=0.5\text{hPa}$, $k=2$	上海隆拓仪器设备有限公司24147
开展的检定及校准项目 Verification and Calibration Items	名称 Name	测量范围 Measuring Range	不确定度或准确度等级 或最大允许误差 Uncertainty/Accuracy Class/ Maximum Permissible Error	依据的计量 检定规程或计量技术规范 的编号及名称 Verification Regulation or Technical Specification and Its Code	
	大气采样器	(0.1~6.0)L/min	MPE: ±5%	JJG956-2013《大气采样器检定规程》	

考评员: 王婷