

计量标准考核证书

Certificate for Examination of Measurement Standard

[2020]量标青证城阳字第011号

根据《中华人民共和国计量法》，按照《计量标准考核规范》的要求，考核合格。特发此证。

This is to certify that the measurement standard conforms with the requirements of the "Rule for the Examination of Measurement Standard" according to the Law on Metrology of the People's Republic of China.

建标单位名称 青岛斯坦德计量研究院有限公司

Possessor of the Measurement Standard

计量标准名称 天平检定装置

代码 12114600

Name of Measurement Standard

Code

测量范围 1 mg ~ 40kg

Measuring range

不确定度或准确度等级

或最大允许误差 E2等级、F1等级

Uncertainty/Accuracy Class/

Maximum Permissible Error

保存地点

STD力学计量室

Installed in

发证机关(印章)

The issuing authority

发证日期

2020年6月17日

Date issued

有效期至

2024年6月16日

Date of expiry

0010542

计量标准器 Measurement Standard	计量器具名称 Measuring Instrument	型号 Model/Type	测量范围 Measuring Range	不确定度或准确度等级 或最大允许误差 Uncertainty/Accuracy Class/ Maximum Permissible Error	制造厂及 出厂编号 Manufacturer and Series Number
	砝码	500mg ~ 1mg	500mg ~ 1mg	F1等级	蓬莱市水玲砝码厂 3920
	砝码	500g ~ 1g	500g ~ 1g	F1等级	蓬莱市水玲砝码厂 3920
	砝码	20kg ~ 1kg	20kg ~ 1kg	F1等级	蓬莱市水玲砝码厂 533、532、534
	砝码	500mg ~ 1mg	500mg ~ 1mg	E2等级	蓬莱市水玲砝码厂 5311
	砝码	1kg ~ 2kg	1kg ~ 2kg	F1等级	蓬莱市水玲砝码厂 8400、8401、8399、 8398
主要配套设备 Main Auxiliary Equipment	温湿度表	JR900	(-10 ~ 50) °C (20 ~ 99) %RH	温度MPE: ±1°C 湿度 MPE: ±5%RH	Anymetre 001
	名称 Name	测量范围 Measuring Range	不确定度或准确度等级 或最大允许误差 Uncertainty/Accuracy Class/ Maximum Permissible Error	依据的计量 检定规程或计量技术规范的编号及名称 Verification Regulation or Technical Specification and Its Code	
开展的检定及校准项目 Verification and Calibration Items	电子天平	1mg ~ 40kg	Ⅲ级及以下等级	JJG1036-2008《电子天平检定规程》	

考评员：陈效泉